



Uniós, Nyílt eljárás - EKR002125552023

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **ICP spektrométer beszerzése a DigitAll projektben**

Ajánlatkérő neve: **Miskolci Egyetem**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Miskolci Egyetem	Nemzeti azonosítószám	19253055405				
Postai cím:	Egyetemváros -						
Város:	Miskolc	NUTS-kód:	HU311	Postai irányítószám:	3515	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Guba	Zoltán				
E-mail:	miskolckozbeszerzes@gmail.com	Telefon:	+36 46565414	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.uni-miskolc.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002125552023/reszletek						
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

II. szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

ICP spektrométer beszerzése a DigitAll projektben

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

ICP spektrométer (induktív csatolt plazma spektrométer) beszerzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 26654-2024

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2024/10

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

Indikatív ajánlatok bekérése

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10853940242

Ajánlati ár: nettó 16 761 316,- HUF

Az eszköz rendelkezik készenléti üzemmóddal (igen/nem) : Igen
A használathoz elegendő 99,99%-os tisztaságú argon (igen/nem) : Nem
V-vájtató porlasztó tartozik az eszközhöz (igen/nem) : Igen
Hideg-gőz/hidrid egység tartozik az eszközhöz (igen/nem) : Igen
HF-nek ellenálló mintabeviteli egység (porlasztó+ködkamra) tartozik az eszközhöz (igen/nem): Nem
Nagy sótartalmú oldatokhoz és szerves oldószerekhez való mintabeviteli rendszer tartozik az eszközhöz (igen/nem): Igen
Automata mintaváltó tartozik az eszközhöz (igen/nem) : Nem

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint a nyilvántartásban való szereplésre vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségének, ajánlatkérő ellenőrzési kötelezettségének eleget tett.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Unicam Magyarország Kft. 890

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1-7. minőségi kritériumok értékelési módszere a pontkiosztás, a 8. szempont értékelési módszere a fordított arányosítás.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

Ajánlati ár: nettó 16 761 316,- HUF

Az eszköz rendelkezik készenléti üzemmóddal (igen/nem) : Igen
A használathoz elegendő 99,99%-os tisztaságú argon (igen/nem) : Nem
V-vájtató porlasztó tartozik az eszközhöz (igen/nem) : Igen
Hideg-gőz/hidrid egység tartozik az eszközhöz (igen/nem) : Igen
HF-nek ellenálló mintabeviteli egység (porlasztó+ködkamra) tartozik az eszközhöz (igen/nem): Nem
Nagy sótartalmú oldatokhoz és szerves oldószerekhez való mintabeviteli rendszer tartozik az eszközhöz (igen/nem): Igen
Automata mintaváltó tartozik az eszközhöz (igen/nem) : Nem

Kiválasztásának indokai: az ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2024.04.05 Lejárata: 2024.04.15

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2024.04.05

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2024.04.05

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Így ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbbnek tekinthető Unicam Magyarország Kft ajánlattevő ajánlatát bírálta.

A bírálat alá nem vont ajánlattevő neve, címe, adószáma és az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:

Ajánlattevő neve: Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Kft

Székhelye: 2045 Törökbálint Hosszúrét utca 1.

Adószáma: 24076364-2-13

Ajánlati ár: nettó 24.955.205,- HUF

Az eszköz rendelkezik készenléti üzemmóddal (igen/nem): igen

A használathoz elegendő 99,99%-os tisztaságú argon (igen/nem): igen

V-vájtató porlasztó tartozik az eszközhöz (igen/nem): igen

Hideg-gőz/hidrid egység tartozik az eszközhöz (igen/nem): igen

HF-nek ellenálló mintabeviteli egység (porlasztó+ködkamra) tartozik az eszközhöz (igen/nem): igen

Nagy sótartalmú oldatokhoz és szerves oldószerekhez való mintabeviteli rendszer tartozik az eszközhöz (igen/nem): igen

Automata mintaváltó tartozik az eszközhöz (igen/nem): nem

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 723,74 pont